

DECISÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DA NOTA TÉCNICA

Processo nº 020-2022 PSA (HRTL) - TOMOGRAFIA

A **COMISSÃO DE SELEÇÃO** do Instituto ACQUA nomeada para o Edital de Seleção 20-2022 PSA (HRTL), para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, reuniu-se para fins de análise e decisão dos documentos de habilitação e projetos apresentados pelas empresas interessadas, decidindo nos seguintes termos:

Em 15/08/2022 foram analisados as propostas e documentos recebidos das empresas interessadas em participar do edital.

NP = (MP x 10) / PP Onde:

NP = Nota de Preço

MP = Menor Preço entre Todos os Concorrentes

PP = Preço Proposto do Concorrente Avaliado

INSTITUTO ACQUA

SALA DE TOMOGRAFIA									
AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	WH CLIMATIZAÇÃO LTDA	NP	FACILIMED	NP	CTMAX	NP	
Dutos em chapa galvanizada com isolamento térmico para condicionamento de ar e controle de umidade	vb	1	R\$ 12.000,00	10,00	R\$ 22.200,00	5,41	R\$ 24.900,00	4,82	
Sistema de Condicionamento do Ar: Temperatura: Sala de Exame: 20 °C ± 2°C, Sala Técnica: 20 °C ± 2°C e Sala de Comando: 22 °C ± 2°C Umidade do Ar: 50% ± 10%Prever controle de umidade rigoroso Sem condensação Troca de ar de no mínimo 6 vezes por hora na sala de exames.	un	1	R\$ 179.000,00	10,00	R\$ 197.000,00	9,09	R\$ 235.200,00	7,61	
Frete			R\$ 19.000,00	9,21	R\$ 18.000,00	R\$ 9,72	R\$ 17.500,00	10,00	
Valor Total			R\$ 210.000,00		R\$ 237.200,00		R\$ 277.600,00		

Após análise dos documentos de habilitação, restaram **INABILITADAS** as empresas abaixo, por não atenderem os itens previstos no edital:

1 – CTMAX CONSTRUTORA LTDA/ CNPJ 02.267.595/0001-71

Não apresentou balanço 2021 / 2022; apresentou certidão estadual, municipal, cndt e CRF FGTS vencidas

Sendo declarada a empresa vencedora a empresa **WH CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ nº46.155.179/0001-57, no valor total de R\$210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais).**

Santo André

Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031
+55 (11) 4823-1800 | (11) 4825-2008

INSTITUTO ACQUA

SALA DE TOMOGRAFIA AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	FACILIMED	NP	CTMAX	NP	MGMEDICAL	NP	
Aterramento menor que 4ohms-conforme site planning	vb	1	R\$ 43.345,03	10,00	R\$ 47.900,00	9,05	R\$ 47.032,00	9,22	
			R\$ 43.345,03		R\$ 47.900,00		R\$ 47.032,00		

2 – CTMAX CONSTRUTORA LTDA/ CNPJ 02.267.595/0001-71

Não apresentou balanço 2021 / 2022; apresentou certidão estadual, municipal, cndt e CRF FGTS vencidas

Sendo declarada a empresa vencedora a empresa **FACILIMED ENGENHARIA LTDA CNPJ nº34.172.179/0001-86, no valor total de R\$43.345,03 (Quarenta e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Três Centavos).**

Santo André

Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031
+55 (11) 4823-1800 | (11) 4825-2008

INSTITUTO ACQUA

SALA DE TOMOGRAFIA AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	SP BLINDAGEM	NP	MR PROTEÇÕES	NP	PROMOVEX	NP
Argamassa Baritada para aplicação de 3,0cm equivalente a 3,0mm Pb para atenuação até 150KVp, até o PD 2,10m, com densidade de 3,26g/cm ³ e Rendimento de 65kg/m ² . Composição :sulfato de bário de alto teor, areia, ligas de agregação e outros elementos minerais. Sacos com 20 kg.	m ²	17	R\$ 1.035,00	10,00	R\$ 1.536,00	6,74	R\$ 2.362,50	4,38
Visor RSPB com caixilho especial de aço, 100mm de espessura e equivalente a 2,02±0,31mmPb para atenuação até 150 KVp. RX 1 Medida do Viso 0,70x0,40 m com Medida do Caixilho 0,65x0,44 m	un	1	R\$ 3.800,00	10,00	R\$ 7.550,00	5,03	R\$ 5.274,70	7,20
Frete					R\$ 2.393,00		R\$ 2.100,00	
Valor Total			R\$ 4.835,00		R\$ 11.479,00		R\$ 9.737,20	

1-) SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA

Não encaminhou a documentação solicitada em edital, mesmo após diligência (Alvará de Funcionamento / Balanço 2021/2022)

2-) PROMOVE DO BRASIL

Não encaminhou a documentação solicitada em edital, mesmo após diligência (Certidão Negativa Municipal)

Sendo declarada a empresa vencedora a empresa **MR Proteções Radiológicas CNPJ nº45.061.495/0001-05, no valor total de R\$11.479,00 (Onze Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais).**

Santo André

Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031
+55 (11) 4823-1800 | (11) 4825-2008

Desta forma, tendo em vista que todo o processo foi validado pela comissão de seleção, com acompanhamento jurídico e contábil, a comissão segue análise abaixo para a deliberação do julgamento e formação da nota técnica, conforme item 6.5 do edital:

Abre-se o prazo para apresentação de recursos das empresas participantes, nos termos do item 7.2.1 do presente edital.

Três Lagoas, MS, 15 de agosto de 2022.

COMISSÃO DE SELEÇÃO:

Mariana Alberto Debs CPF 312.845.058-71

Rafael Agnello dos Santos CPF 284.927.158-63

Imaculada Aparecida Machado CPF 072.536.008-94

Larissa Antunes Viana da Costa CPF 018.010.813-10

Rita De Cássia Sostizzo Santos (contadora)

CPF 906.559.820-00 / CRC/RS 57.253



INSTITUTO ACQUA

Santo André

Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031
+55 (11) 4823-1800 | (11) 4825-2008